

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.

Bệnh viện quân y 87/TCHC có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao cho nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP).

### I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Văn Tuấn, Chủ nhiệm khoa, 0901972222, [dinghtuanhg@gmail.com](mailto:dinghtuanhg@gmail.com).

3. Cách tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 08 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 22 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2024.

### II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật	Địa điểm giao hàng
1	Dao cắt cơ vòng	Cái	01	Dao cắt cơ vòng 3 kênh, đầu trơn, tương thích dây dẫn 0.035 inch, chiều dài đầu 5mm, chiều dài cắt 20mm-25mm-30mm, vỏ ngoài đường kính 2.55/2.1 mm, dùng cho kênh làm việc có đường kính 2.8mm, có điểm đánh dấu. Loại Smart-Cut dây cắt có một phần cắt điện chiều dài từ 12mm đến 15mm.	Bệnh viện quân y 87

2	Guidewire	Cải	01	Dây dẫn đường mật Acrobat 2 dùng một lần. Đường kính dây dẫn: 0.025 & 0.035 inch, chiều dài dây dẫn: 260-205-450cm, chiều dài đầu tip cân quang: 4cm, chiều dài lớp phủ ưa nước: 5.8cm, hình dạng đầu tip:	Bệnh viện quân y 87
3	Catheter	Cải	01	Ống thông ERCP tương thích với dây dẫn 0.035 inch, có điểm đánh dấu màu, hình dạng đầu tiêu chuẩn, đường kính 1.8mm, chiều dài làm việc 2000mm, dùng cho kênh làm việc có đường kính tối thiểu 2.0mm.	Bệnh viện quân y 87
4	Bóng nong đường mật ĐK 10mm có ngà Guidewire	Cải	01	Bóng nong đường mật dùng 1 lần tương thích dây dẫn 0.035 inch, có đường kính bơm bóng từ 8mm đến 10mm, áp suất lớn nhất $\geq 8$ atm, chiều dài bóng 30mm, chiều dài làm việc 2000mm, đường kính ống thông 7Fr.	Bệnh viện quân y 87
5	Bóng nong đường mật ĐK 11mm có ngà Guidewire	Cải	01	Bóng nong đường mật dùng 1 lần tương thích dây dẫn 0.035 inch, có đường kính bơm bóng từ 8mm đến 10mm, áp suất lớn nhất $\geq 8$ atm, chiều dài bóng 30mm, chiều dài làm việc 2000mm, đường kính ống thông 7Fr.	Bệnh viện quân y 87
6	Bóng nong đường mật ĐK 12mm có ngà Guidewire	Cải	01	Bóng nong đường mật dùng 1 lần tương thích dây dẫn 0.035 inch, có đường kính bơm bóng từ 8mm đến 10mm, áp suất lớn nhất $\geq 8$ atm, chiều dài bóng 30mm, chiều dài làm việc 2000mm, đường kính ống thông 7Fr.	Bệnh viện quân y 87

7	Bóng kéo sợi đường mật	Cái	01	Bóng kéo sợi 3 kênh, kích thước bóng khi chưa có khí 2.6mm, kích thước bóng khi có khí 9-13-16mm, áp suất khí 1.5-2.5-5.0ml, đường kính catheter 7Fr., chiều dài làm việc 2000mm, tương thích dây dẫn 0.035 inch, dùng cho kênh làm việc có đường kính tối thiểu 2.8mm.	Bệnh viện quân y 87
8	Stenr 7f-12cm	Cái	01	Ông thông mật, chất liệu PE, dùng 1 lần dạng cong hai đầu, trơn nhẵn. Chiều dài ông thông 12cm, đường kính catheter 7Fr.	Bệnh viện quân y 87
9	Stenr 7f-7cm	Cái	01	Ông thông mật, chất liệu PE, dùng 1 lần dạng cong hai đầu, trơn nhẵn. Chiều dài ông thông 7cm, đường kính catheter 7Fr.	Bệnh viện quân y 87
10	Stenr 7f-5cm	Cái	01	Ông thông mật, chất liệu PE, dùng 1 lần dạng cong hai đầu, trơn nhẵn. Chiều dài ông thông 5cm, đường kính catheter 7Fr.	Bệnh viện quân y 87
11	Đầu chụp ống nội soi ERCP	Cái	02	Nắp bảo vệ ống nội soi ERCP được thiết kế hỗ trợ tầm nhìn của dây soi trong khi thăm khám và điều trị nội soi phù hợp với Hệ thống máy Olympus, Model CV-160.	Bệnh viện quân y 87
12	Ông dây 7f-8f	Cái	01	Ông thông làm giãn đường mật dùng 1 lần, đường kính ông 7Fr.-8Fr, tương thích với dây dẫn 0.035 inch, chiều dài làm việc 2000mm, dùng cho kênh làm việc có đường kính tối thiểu 2.8mm-3.2mm.	Bệnh viện quân y 87

13	Ong dây 10f	Cái	01	Ong thông làm giãn đường mật dùng 1 lần, đường kính ống 10Fr, tương thích với dây dẫn 0.035 inch, chiều dài làm việc 2000mm, dùng cho kênh làm việc có đường kính tối thiểu 3.7mm.	Bệnh viện quân y 87
14	Đầu thất tĩnh mạch thực quản	Bộ	03	Bộ thất tĩnh mạch thực quản qua nội soi dùng một lần. Đường kính đầu kết nối ống soi 8.6mm-11.6mm, 6 vòng thất làm bằng cao su.	Bệnh viện quân y 87

\* **Lưu ý:** Thông số kỹ thuật mang tính chất tham khảo, các công ty có thể chào hàng theo danh mục hàng hóa và các thông số kỹ thuật của hàng hóa có thể sử dụng được đối với kỹ thuật ERCP./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TB, T03.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trung tá Nguyễn Đình Thắng**